

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Захисний екран: з прозорого скла товщиною не менше 6 мм.

Інформація щодо процедур закупівель

Робоча поверхня: виготовлена з нержавійного сталі.
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. Найменування предмету закупівлі - Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (Бокс медичний для стерильних робіт БСР-2 код ДК 021:2015 3895000-9 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції)

Максимальне навантаження на блок розеток: не менше 1000 Вт.

2. Вид процедури закупівлі - Закупівля без використання електронної системи, оголошення № 2025-08-19-001050-а.

3. Розмір бюджетного призначення — 700 000,00 грн.

4. Очікувана вартість предмета закупівлі — 26 040,00 грн.

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Потужність: не менше 25 Вт.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація

Час ефективної дезінфекції поверхні та інактивації ДНК/РНК: 15–20 хв.

I. Предмет закупівлі

Керування: за допомогою цифрового таймера з кнопками встановлення часу.

Назва предмета закупівлі Тип лампи: безозонова. Термін служби: не менше 9000 годин.	Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (Бокс медичний для стерильних робіт БСР-2 код ДК 021:2015 3895000-9 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції).
III. Освітлення робочої поверхні: Код ДК 021:2015 Тип: LED-світильник	3895000-9 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції
Номенклатурна позиція ДК 021:2015 Потужність: не менше 32 Вт.	3895000-9 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції
Кількість	1 штука
IV. Габаритні та інші параметри: Місце виставки товару Габаритні розміри (Ш×Г×В): приблизно	10004, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Романа Шухевича, буд. 2-А 1020 × 600 × 810 мм.
Строк поставки товару Розміри робочої поверхні: не менше 975 ×	до 30 вересня 2025 року включно 535 мм.

Споживана потужність: не більше 70 Вт.

Маса: не більше 55 кг.

V. Елементи керування:

Кнопка увімкнення живлення.

Кнопка вмикання світлодіодного освітлення.

Кнопки «+» та «-» для регулювання часу дезінфекції.

Екран для індикації часу.

Кнопка запуску дезінфекції.

Кнопка рециркулятора (неактивна, не використовується в цій моделі).

VI. Додаткові вимоги:

Виріб має бути придатний до багаторазової дезінфекції.

Гарантія: не менше 12 місяців.

Постачання має включати інструкцію з експлуатації українською мовою.

Наявність маркування виробника та/або відповідності вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.